

ДОГОВОР

за изпълнение на: „Доставка на оборудване за операционен блок на „МБАЛ - Хасково“ АД”.

№ на процедурата на АОП: 00499-2019-0010

Днес, 13.03.2020 г., в гр.Хасково между:

„Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково” АД, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково 6300, бул. “Съединение” №49, ЕИК 126529015, представлявано от д-р Георги Николов Гелов – Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

„Глобъл Мед” ЕООД, със седалище и адрес на управление: 1606 гр.София, ул. „Ами Буе“ № 18, ЕИК 202798531, представлявано от Красимир Данаилов Кожухаров – Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

на основание чл. 112, ал. 1, при условията на чл.18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки и Решение № РД – 08 – 216 / 18.02.2020г. на Изпълнителния директор на «МБАЛ - Хасково» АД, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет

(1.1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави и прехвърли собствеността на Възложителя на специализирано медицинско оборудване, съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделни части от Договора, срещу задължението на Възложителя да го приеме и да заплати договорената цена, съгласно условията, посочени по-долу.

(1.2) Освен доставката по алинея (1.1) предметът на Договора включва и изпълнението на следните дейности:

- доставка на медицинското оборудване до “МБАЛ - Хасково” АД с адрес: гр.Хасково, бул.“Съединение” №49.
- монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване;
- обучение на персонала на Възложителя за работа с доставеното медицинско оборудване;
- гаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване, в рамките на гаранционния срок, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването.

(1.3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по алинея (1.1) и алинея (1.2) в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и ценовото Предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 2. Цена

(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на **259 800,00 лв (двеста петдесет девет хиляди и осемстотин лева) без ДДС** или 311 760,00 лв (триста и единадесет хиляди седемстотин и шестдесет лева) с ДДС, съгласно Ценовото му предложение неразделна част от настоящия Договор.

(2.2) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите за транспортиране и доставка на Медицинското оборудване до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на персонал на възложителя, доставка на цялата техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията (за труд, резервни части), както и разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

(2.3) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на действието му.

Член 3. Начин на плащане

(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, се счита, че плащанията, по посочената банкова сметка са надлежно извършени.

(3.2) Плащането на цената по алинея(2.1)по настоящия Договор се извършва, както следва:

1. Възложителят заплаща авансово **20 % /двадесет на сто/** от цената по договора в срок до 30 (тридесет) дни след изпращане на Възлагателното писмо за осъществяване на доставката, предмет на договора.

2. **40 % /четиридесет на сто/** от цената по договора в 60 (шестдесет) дневен срок, считано от датата на доставка на оборудването и след представяне на следните подписани документи кумулативно:

- Приемо-предавателен протокол за доставка на Медицинското оборудване с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за експлоатация, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на доставка на Медицинското оборудване;

- Протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинското оборудване, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинското оборудване;
- Протокол за извършено обучение на персонал, посочен от Възложителя за работа с Медицинското оборудване;
- Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя, съдържаща всички законови реквизити.

3. 40 % /четиридесет на сто/ окончателно плащане в срок до 60 (шестдесет) дни, два месеца след доставката на апаратурата срещу представяне на оригинална фактура за дължимата сума.

III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Член 4.Срокове и място на доставка

(4.1) Договорът се сключва за период от 12 (дванадесет) месеца, като влиза в сила от датата на сключването му.

(4.2) **Договорът се сключва под условие.** В случай, че в срок от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора, Възложителят не е осигурил финансиране и не е изпратил Възлагателно писмо, договорът може да се прекрати от всяка една от страните с писмено уведомление.

(4.3) Срокът на доставка е 60 (шестдесет) дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

(4.4) Срокът за монтаж, настройка, пробно изпитване, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал на Възложителя за работа с Медицинското оборудване е 5 (пет) работни дни, след доставката.

(4.5) Гаранционният срок на Медицинското оборудване е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на оборудването.

(4.6) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно обслужване на доставеното Медицинско оборудване, в рамките на гаранционния срок по предходната алинея (4.5).

(4.7) Мястото на доставка на Медицинското оборудване е в „МБАЛ - Хасково“ АД, находяща се на адрес: гр.Хасково, бул. „Съединение“ № 49.

Член 5. Условия на доставка

(5.1) Доставка

(5.1.1) След получаване на възлагателно писмо, Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок на доставка, съответно да прехвърли собствеността и предаде на Възложителя Медицинското оборудване, предмет на доставка, отговаряща на техническите стандарти и изисквания и окомплектована с инструкция за

експлоатация на български език, инструкции и препоръки за съхранение и експлоатация, както и с други приложими документи и аксесоари.

(5.1.2) Изпълнителят предава Медицинското оборудване на упълномощен представител на Възложителя. За съответствието на доставеното Медицинското оборудване и приемането му по вид, количество, компоненти, окомплектовка се подписва приемо-предавателен протокол от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на „Несъответствия“ (недостатъци, дефекти, повреди, липси и/или несъответствия на доставеното Медицинското оборудване и придружаващите го документация и аксесоари.

(5.1.3) При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват **констативен протокол**, в който се описват констатираните Несъответствия, и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. В случай че Несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от Възложителя срок, Възложителят имат право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора.

(5.1.4) Подписването на приемо-предавателния протокол по ал.(5.1.2) без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия", които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на Медицинската апаратура. Приемането на доставката на Медицинското оборудване с Приемо-предавателния протокол по ал.(5.1.2) няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия.

(5.1.5) Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 7 (седем) дни от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок.

(5.2) Монтаж

(5.2.1) Изпълнителят е длъжен да приключи изпълнението на всички дейности свързани с монтажа (инсталацията) и въвеждане в експлоатация на Медицинското оборудване в посочения в договора срок.

(5.2.2) За извършения монтаж и въвеждане на Медицинското оборудване в експлоатация Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол. Възложителят има право да откаже да подпише протокола по настоящия алинея (5.2.2) до окончателното въвеждане на Медицинското оборудване в експлоатация в степен позволяваща незабавната ѝ и безпрепятствена употреба.

(5.3) Обучение на персонала

(5.3.1) В случай че Изпълнителят има определени изисквания към квалификацията и образованието на специалистите, които ще бъдат обучавани, той е длъжен да уведоми за това Възложителя, писмено, в срок от 3 (три) дни от подписване на настоящия Договор. Възложителят предоставя на Изпълнителя списък на лицата, които следва да бъдат обучени за работа с Медицинското оборудване в срок от 3 (три) дни от получаване на изискванията на Изпълнителя.

(5.3.2) Изпълнителят е длъжен да осигури достатъчен брой обучаващи, както и присъствието им на мястото на доставка и инсталиране на Медицинското оборудване, като времето и графикът на обучение се съгласуват между Страните.

(5.3.3) За извършеното обучение Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол. Изпълнителят не носи отговорност за забавяне на обучението поради отсъствие на специалистите на Възложителя по време на периода на обучението, при условие, че е уведомил писмено Възложителя за такова отсъствие.

Член 6.

Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към Изпълнителя.

Член 7. Преминаване на собствеността и риска

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Медицинското оборудване, предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на подписване на Протокола за монтаж и въвеждане на Медицинското оборудване в експлоатация.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 8. Права и задължения на Изпълнителя

(8.1) Изпълнителят се задължава да достави, инсталира и въведе в експлоатация Медицинското оборудване, предмет на настоящия Договор, отговарящо на техническите параметри, представени в **Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя**, окомплектовано съгласно изискванията на алинея (5.1.1) и придружено със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху него на Възложителя в договорените срокове и съгласно условията на настоящия Договор.

(8.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(8.3) Изпълнителят се задължава да извършва текуща поддръжка и гаранционно обслужване на Медицинското оборудване в рамките на гаранционния срок.

(8.4) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставеното Медицинското оборудване проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, както и при извършване на гаранционното обслужване да влага само оригинални резервни части и материали.



(8.5) Изпълнителят се задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните изисквания и изисквания за безопасност в помещенията на Възложителя и да изпълнява задълженията си по Договора без да пречи на нормалното протичане на работата на Възложителя.

(8.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

(8.7) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(8.8) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора и на необходимия достъп до помещенията на Възложителя, в които ще се монтира Медицинското оборудване.

(8.9) Изпълнителят се задължава да извърши обучение на персонал, на Възложителя в уговорените срокове и график.

(8.10) Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди нанесени на имуществото на Възложителя, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени вреди по време на и във връзка с монтажа/инсталацията и въвеждането на Медицинското оборудване в експлоатация.

Член 9. Права и задължения на Възложителя

(9.1) При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителят се задължава да заплати общата цена по алинея (2.1) от този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

(9.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на Медицинското оборудване, предмет на Договора по реда на алинея (5.1.2) и следващите, ако отговаря на договорените изисквания, както и да осигури достъп до помещенията си и необходимите условия за монтажа и въвеждането ѝ в експлоатация.

(9.3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на Медицинското оборудване на посочения в алинея (4.7) от Договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

(9.4) Възложителят се задължава да съдейства при провеждане на обучението на своите специалисти, като осигурява присъствието им в договореното време.

(9.5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.



(9.6) Възложителят има право на рекламация по отношение на доставеното по Договора Медицинското оборудване, както по отношение на монтажа и инсталацията и при условията посочени в настоящия Договор и съгласно гаранционните му условия.

(9.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващо с Техническите спецификации и/или дефектно Медицинското оборудване и/или негови компоненти, както и отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, определени настоящия Договор.

(9.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заплати изцяло или частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора.

(9.9) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(9.10) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

V. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ и ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Член 10.

(10.1) Гаранционна отговорност

(10.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на Медицинското оборудване, съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

(10.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички Несъответствия на Медицинското оборудване, съответно подменя дефектирани части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

(10.1.3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок от 3 (три) дни, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. При визитата на сервизния екип на Изпълнителя се съставя констативен протокол за извършеното техническо обслужване, вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра.

(10.2) Гаранционно (сервизно) обслужване

(10.2.1) Изпълнителят се задължава да осигури на Възложителя гаранционно (сервизно) обслужване на Медицинското оборудване в гаранционния срок. Изпълнителят се задължава да извършва с предимство гаранционното обслужване на Медицинското оборудване на Възложителя по време на целия гаранционен период, в срок не по-късно от 3 (три) дни от постъпване на заявка за обслужване от страна на Възложителя. Гаранционното обслужване

се осъществява на място, в помещенията на Възложителя, от представители на Изпълнителя.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Член 11. Гаранция, размер и форма на гаранцията

(11.1) Размер на гаранцията за изпълнение

(11.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 1% (едно на сто) от стойността на Договора по алинея (2.1).

(11.1.2) Изпълнителят представя документ за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

(11.2) Форма на гаранцията

(11.2.1) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; банкова гаранция; или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Член 12. Изисквания по отношение на гаранцията

(12.1) Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, то тя се внася по банкова сметка на Възложителя. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

(12.2) Когато Изпълнителят представя **банкова гаранция** се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност на банковата гаранция най-малко 60/шестдесет/ дни след изтичане срока на договора.

(12.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(12.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(12.3) **Застраховката**, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност най-малко 60/шестдесет/ дни след изтичане срока на договора. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Член 13. Задържане и освобождаване на гаранциите



(13.1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в срок до 60 (шестдесет) дни след изтичане на срока на договора.

(13.2) Възложителят не дължи лихви върху сумата по предоставената гаранция, независимо от формата под която е предоставена.

(13.3) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.

(13.4) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

(13.5) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение, суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(13.6) В случай на задържане от Възложителя на сума от гаранцията, Изпълнителят е длъжен в срок до 5 (пет) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в алинея (11.1), като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността си до размера в алинея (11.1).

VII. НЕУСТОЙКИ

Член 14.

(14.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и едно на сто) от сумата по алинея (2.1) за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от цената по алинея (2.1).

(14.2) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя, неустойка в размер на 15% (петнадесет на сто) от цената по алинея (2.1.).

(14.3) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока по гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от цената по алинея (2.1.).

(14.4) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Член 15. Общи условия приложими към Подизпълнителите

(15.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да използва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.



(15.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(15.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(15.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(15.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Член 16. Договори с подизпълнители

При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
- действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;
- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Член 17.

(17.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

- по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
- с изтичане на уговорения срок;
- при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) за срок по-дълъг от 30 (тридесет) дни;
- по реда на чл.4, алинея (4.2).

(17.2) Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие и уведомление, изпратено до Изпълнителя:



- При системно (три и повече пъти) неизпълнение на Изпълнителя на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или
- при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията; или
- при забава продължила повече от 15 (петнадесет) дни или при пълно неизпълнение на задължението на Изпълнителя за въвеждането в експлоатация на Медицинското оборудване, и/или за обучение на персонала на Възложителя; или
- използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор.

(17.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди.

(17.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

(17.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

Член 18.

Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член 19.

(19.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

(19.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(19.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира



(19.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20.

За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Член 21.

(21.1) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

(21.2) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(21.3) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията се считат за валидно изпратена и получена от другата Страна.

(21.4) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

Член 22.


Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Член 23.

(23.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(23.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Член 24.



Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;
2. Приложение № 2 – Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя;

Настоящият Договор се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра – 1 (един) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „МБАЛ-ХАСКОВО“ АД

.....
Д-р **ГЕОРГИ БЕ**

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ

НА „ГЛОБЪЛ МЕД“ ЕООД

.....
КРАСИМ

Съгласувано с:

Главен счетоводител

Лиляна Делчева

Юрисконсулт:

Виолета Йорданова

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Минималните технически параметри на които трябва да отговарят предложенията на участниците трябва да са съгласно:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Техническа спецификация (таблица за съответствие), неразделна част от настоящата документация.

!!! Важно * В техническата спецификация - *Приложение № 2*, е възможно да е посочен конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продукта/ите, тип или конкретен произход.

Касае се за изделие/я с определен начин на работа/приложение и е невъзможно да се опише предмета на поръчката достатъчно точно и разбираемо по реда на чл.48, ал.1 от ЗОП, без подобно посочване.

Ето защо навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продукта/ите, тип или конкретен произход на медицинските изделия да се чете и разбира „или еквивалентно/и”.

Специфични изисквания към предлаганото оборудване

1. Предлаганото оборудване трябва да отговаря изцяло на изискванията, описани в „Техническата спецификация” или да притежава по-добри параметри. Предложенията трябва да са придружени с пълна и изчерпателна техническа документация. Участникът следва да представи **подробни каталози с технически характеристики, съдържащи информация за всички параметри и функции, поставени като минимални изисквания в техническата спецификация на възложителя и други официални документи, от които да са видни основните технически характеристики и параметри на предлаганите апарати.** В случай, че посочените документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български език.

➤ *Когато участника поставя в офертата си проспекти/каталози или други подобни документи, те трябва да бъдат без вписани цени, или цените трябва да бъдат заличени по подходящ начин.*

2. Предложеното оборудване да бъде **фабрично ново, произведено не по-рано от 2019г., да не е било демонстрационно, да не е рециклирано.**

3. Предлаганото оборудване, трябва да отговаря на Разпоредбите на Закона за медицинските изделия, относно нанесена „**СЕ**” маркировка.

4. Когато участникът не е производител на предлагания продукт, той следва да е оторизиран от производителя на продукта или от упълномощен представител със специални или изключителни права **за продажба и сервиз** на съответния продукт на територията на Република България.

5. Минималният гаранционен срок на оборудването да е **не по-малко от 12 (дванадесет) месеца** след пускането му в експлоатация.

6. Възложителят определя максимален срок на доставка не повече от **60 (шестдесет) календарни дни**, след получаване на Възлагателно писмо от възложителя.



Наименование на участника:	„Глобъл Мед“ ЕООД
Седалище и адрес на управление по регистрация:	Гр.София, ул.Ами Буе №18
ЕИК:	202798531
Точен адрес за кореспонденция:	Гр.София, ул.Ами Буе №18
Телефонен номер:	02 423 23 37
Факс номер:	02 423 23 37
Лице за контакти:	Красимир Кожухаров
e-mail:	k.kozuharov@globalmed.bg

до „МБАЛ - Хасково“ АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И
ИЗСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

за участие в открита процедура
за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:

**„Доставка на оборудване на нуждите на операционен блок на
„МБАЛ - Хасково“ АД“.**

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническата спецификация:

1. Компонентите на предлаганото от Нас медицинско оборудване са произведени от:

Производител: ...Акерман.....

Компонентите са съвместими по между си и са взаимозаменяеми.

2. Оборудването е фабрично ново, произведено2020Г., не е демонстрационно и не е рециклирано.

3. Предлаганият от Нас срок на доставка е (.....60.....) дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

[Redacted Signature Area]

[Circular Stamp: МБАЛ ХАСКОВО]

[REDACTED]

**Забележка: Възложителят определя максимален срок на доставка не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на представяне на възлагателно писмо от негова страна. Участник предложил по-дълъг срок на доставка ще бъде отстранен от участие.*

4. Предлаганият от Нас гаранционен срок е:(.....12.....) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на оборудването. Задължаваме се в рамките на гаранционния срок да осигурим на Възложителя гаранционно обслужване.

**Забележка: Възложителят определя минимален гаранционен срок на оборудването не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на въвеждането му в експлоатация. Участник предложил по-малък гаранционен срок ще бъде отстранен от участие.*

5. Предлаганото от Нас оборудване отговаря на Разпоредбите на Закона за медицинските изделия, относно нанесена „СЕ“ маркировка, за което прилагаме заверено копие на:

.....СЕ
производител..... сертификат на
.....

6. Декларираме, че (което е приложимо):

- не сме производители на предлагания продукт, и сме е оторизирани от производителя на продукта или от упълномощен представител със специални или изключителни права за продажба и сервиз на съответния продукт на територията на Република България, за което прилагаме оригинал на:оторизационно писмо.....

7. Предлаганият от Нас срок за монтаж, настройка, пробно изпитване, въвеждане в експлоатация, обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с Медицинското оборудване е(.....5 работни.....) дни, след доставката.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в цяло съответствие с изискванията на Възложителя и оферираниите от Нас условия

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Пълна и изчерпателна техническа документация - подробен каталог с технически характеристики, съдържащи информация за всички параметри и функции, поставени като минимални изисквания в техническата спецификация на възложителя и други официални документи, от които да са видни основните технически характеристики и параметри на предлаганият апарат.

[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]

[REDACTED]

**Забележка:* В случай, че посочените документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български език.

2. Таблица за съответствие, съгласно приложеното в документацията Приложение № 2 на оферирания апарат на хартиен носител.

3. Заверени копия на сертификати на производите

Дата	06/01/2020
Име и фамилия	Красимир Кожухаров
Подпис на лицето (и печат) 

[REDACTED]

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

[REDACTED]

[REDACTED]

Приложение №2

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Наименование на поръчката: "Доставка на оборудване за нуждите на операционен блок на "МБАЛ-Хасково"

№	Оборудването следва да притежава следните технически параметри и характеристики:	Брой	Търговско наименование	Технически характеристики/параметри на предлаганото оборудване:	Страница от продуктовия каталог/брошура
1.	ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ	1			
1.1.	Контролен юнит на камерата и камерна глава:	1	FUSION	арт.номер 16-2090	
1.1.1.	Управление на камерния юнит: чрез цветен сензорен екран			Чрез цветен сензорен екран	Каталог 1, стр.16-7
1.1.2.	Режими на работа минимум 6 бр., като поне два да са лапароскопия и артроскопия			Режими на работа 6 бр., лапароскопия, артроскопия, урология, УНГ, чисто и флексибилни	Каталог 1, стр.16-4
1.1.3.	Разпознаване на оператора чрез ИД карта			Разпознаване на оператора чрез ИД карта	Каталог 1, стр.16-5
1.1.4.	Виртуална клавиатура на сензорния екран за въвеждане на данни за пациент / процедура			Виртуална клавиатура на сензорния екран за въвеждане на данни за пациент / процедура	Каталог 1, стр.16-6
1.1.5.	Настройка на минимум 20 различни потребителски профила на работа. За всеки потребителски профил да има възможност за задаване на минимум 5 бр. различни предварителни настройки на камерния юнит			Настройка на неограничен брой потребителски профила на работа. Всеки потребителски профил има възможност за задаване на 6 бр. различни предварителни настройки на камерния юнит	Каталог 1, стр.16-4, 16-7
1.1.6.	Вградено потребителско упътване, достъпно на сензорния екран			Вградено потребителско упътване, достъпно на сензорния екран	Брошура 1, стр.2
1.2.	Технически параметри на камерния юнит:				
1.2.1.	Размер на сензорния екран минимум 6"			Размер на сензорния екран 7"	Каталог стр.16-4

1.2.2.	Картина Full HD, без up scaling, 4K подготовка	
1.2.3.	Видео изходи HD-SDI x2	
1.2.4.	Изход за запис USB x1	
1.2.5.	Интегриран светлинен сензор	
1.3.	Управление на камерната глава:	
1.3.1.	Минимум 3 бр. програмируеми бутони с възможност за избор от минимум 20 вида различни настройки	
1.3.2.	Възможните различни видове настройки да включват като минимум: 1. Настройка на бял баланс 2. Вкл./изкл. на източника на студена светлина 3. Цифрово увеличение 4. Вкл./изкл. на запис на филм 5. Настройка на осветеността	
1.4.	Технически параметри на камерната глава:	
1.4.1.	Брой чипове: 3 CCD	
1.4.2.	Технология на сканиране: прогресивно	
1.4.3.	Минимум оптичен HD zoom 15-35mm	
1.4.4.	Формат 16:9 или 16:10	
1.4.5.	Светлочувствителност минимум 1 lux	

Картина Full HD, без up scaling, 4K подготовка	Брошура стр.2
Видео изходи HD-SDI x2, CVbS; Y/C; rgb; DVI-D	Каталог стр.16-6 и 16-7
Изход за запис USB x1	Каталог стр.16-7
Интегриран светлинен сензор	Каталог стр.16-7
3 бр. програмируеми бутони с възможност за избор от 24 вида различни настройки	Брошура стр.2
1. Настройка на бял баланс	Каталог стр.16-4
2. Вкл./изкл. на източника на студена светлина	Каталог стр.16-4
3. Цифрово увеличение	Каталог стр.16-4
4. Вкл./изкл. на запис на филм	Каталог стр.16-4
5. Настройка на осветеността	Каталог стр.16-4
Брой чипове: 3 CCD	Брошура стр.2
Технология на сканиране: прогресивно	Брошура стр.2
Оптичен HD zoom 15-35mm	Брошура стр.2
Формат 16:9	Брошура стр.2
Светлочувствителност минимум 1 lux	Брошура стр.2

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

1.4.6.	Дължина на кабела от 2.5 m до 4 m	
1.5.	Възможности за сервиз:	
1.5.1.	Диагностика и софтуерна надстройка по интернет	
2.	Източник на студена светлина:	1
2.1.	Управление на източника на студена светлина:	
2.1.2.	Чрез цветен сензорен екран	
2.1.3.	Възможност за настройка на светлината: ръчно / автоматично	
2.1.4.	Вградено потребителско упуъване, достъпно на сензорния екран	
2.2.	Технически параметри на източника на студена светлина:	
2.2.1.	Размер на сензорния екран минимум 6"	
2.2.2.	LED технология на излъчване на светлината	
2.2.3.	Живот на диодите минимум 40000 ч.	
2.2.4.	Цветна температура минимум 6000 K°	
2.2.5.	Интегрирана система срещу заслепяване	
3.	Ендоскопски монитор:	1
3.1.	Размер на екрана минимум 26"	
3.2.	Резолуция 1920 x 1080	
3.3.	Входове съвместими с контролния юнит на камерата	
3.4.	Окачване тип VESA 100x100 mm	
4.	Лапароскопска оптика	

Дължина на кабела 3 m	Брошура 1, стр.2
Диагностика и софтуерна надстройка по интернет	Каталог стр.16-4
арт.номер 16-2029	
Чрез цветен сензорен екран	Брошура 1, стр.3
Възможност за настройка на светлината: ръчно / автоматично	Каталог стр.16-9
Вградено потребителско упуъване, достъпно на сензорния екран	Каталог стр.16-9
Размер на сензорния екран 7"	Брошура 1, стр.3
LED технология на излъчване на светлината	Брошура 1, стр.3
Живот на диодите 40 000 ч.	Брошура 1, стр.3
Цветна температура >6 500 K°	Брошура 1, стр.3
Интегрирана система срещу заслепяване	Брошура 1, стр.3
арт.номер Eгло Vue 32	
Размер на екрана 32"	Брошура 2, стр.1
Резолуция 19 20 x 1080	Брошура 2, стр.1
Входове съвместими с контролния юнит на камерата	Брошура 2, стр.1
Окачване тип VESA 100x100 mm	Брошура 2, стр.1
арт.номер 11- 1135HD	

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

4.1.	Тип: HD, широкоъгълен	
4.2.	Дължина: от 340 до 350 mm	
4.3.	Диаметър: 10 mm	
4.4.	Зрителен ъгъл: 30°	
4.5.	Стерилизация: на пара (автоклав) при 134°C	
5.	Светловоден кабел	1
6.	Инсуфлатор за CO2	1
6.1.	Управление на инсуфлатора:	
6.1.1.	Чрез цветен сензорен екран	
6.1.2.	Настройка на интраабдоминално налягане в диапазона 0-25 mmHg, стълка на промяна 1 mmHg	
6.1.3.	Настройка на дебита на подавания газ в диапазона 2-45 l/min, стълка на промяна 1 l/min	
6.1.4.	Вградено потребителско улъгване достъпно на сензорния екран	
6.1.5.	Технически параметри на инсуфлатора:	
6.1.6.	С поддържане на газа към пациента	
6.1.7.	Възможност за бариатрична хирургия	
6.1.8.	Възможност за изтегляне на газа	
6.1.9.	Работа с газ от бутилка или централно снабдяване	
7.	Хирургична помпа:	
7.1.	Тип иригационна-аспирационна	1

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ**

Тип: HD, широкоъгълен	Каталог стр.11-2	3,
Дължина: от 340 до 350 mm	Каталог стр.11-2	3,
Диаметър: 10 mm	Каталог стр.11-2	3,
Зрителен ъгъл: 30°	Каталог стр.11-2	3,
Стерилизация: на пара (автоклав) при 134°C	Каталог стр.11-2	3,
арт.номер 11-1169	Каталог 3,	
арт.номер 16-2045	стр.11-6/7	
Чрез цветен сензорен екран	Брошура стр.4	
Настройка на интраабдоминално налягане в диапазона 0-25 mmHg, стълка на промяна 1 mmHg	Брошура стр.4	
Настройка на дебита на подавания газ в диапазона 2-45 l/min, стълка на промяна 1 l/min	Брошура стр.4	
Вградено потребителско улъгване достъпно на сензорния екран	Брошура стр.4	
С поддържане на газа към пациента	Брошура стр.4	
Възможност за бариатрична хирургия	Брошура стр.4	
Възможност за изтегляне на газа	Брошура стр.4	
Работа с газ от бутилка или централно снабдяване	Брошура стр.4	
арт.номер 16-2083	Брошура стр.4	

7.2.	Управление на хирургичната помпа чрез хардуерни бутони:	
7.2.1.	Вкл./изкл.	
7.2.2.	Старт / стоп	
7.2.3.	Настройка на налягане, минимум 700 mm Hg	
7.2.4.	Настройка на аспирация, минимум -500 mm Hg	
7.2.5.	Настройка на иригация, минимум 2.5 l/min	
7.2.6.	Настройка на аспирация, минимум 2.5 l/min	
7.3.	Показания за оператора:	
7.3.1.	За налягане	
7.3.2.	За дебит	
II.	ОБОРУДВАНЕ ЗА АРТРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ	
1.	Контролен юнит на камерата и камерна глава:	1
1.1.	Управление на камерния юнит:	1
1.1.1.	Чрез цветен сензорен екран	
1.1.2.	Режими на работа минимум 6 бр., като поне два да са лапароскопия и артроскопия	
1.1.3.	Разпознаване на оператора чрез ИД карта	
1.1.4.	Виртуална клавиатура на сензорния екран за въвеждане на данни за пациент / процедура	

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Вкл./изкл.	Каталог стр.16-31	1,
Старт / стоп	Каталог стр.16-31	1,
Настройка на налягане 750 mm Hg	Каталог стр.16-31	1,
Настройка на аспирация -525 mm Hg	Каталог стр.16-31	1,
Настройка на иригация, минимум 2.5 l/min	Каталог стр.16-31	1,
Настройка на аспирация, минимум 2.5 l/min	Каталог стр.16-31	1,
За налягане	Каталог стр.16-31	
За дебит	Каталог стр.16-31	
а рг.номер 16-2090		
Чрез цветен сензорен екран	Каталог стр.16-7	
Режими на работа 6 бр., лапароскопия, артроскопия, урология, УНГ, щ-сто и флексибилни	Каталог стр.16-4	
Разпознаване на оператора чрез ИД карта	Каталог стр.16-5	
Виртуална клавиатура на сензорния екран за въвеждане на данни за пациент / процедура	Каталог стр.16-	

GLOBAL WIED

1.1.5.	Настройка на минимум 20 различни потребителски профила на работа. За всеки потребителски профил възможност за задаване на минимум 5 бр. различни предварителни настройки на камерния юнит
1-1.6.	Вградено потребителско управление достъпни на сензорния екран
1.2.	Технически параметри на камерния юнит:
1.2.1.	Размер на сензорния екран минимум 6"
1.2.2.	Картина Full HD, без up scaling, 4K подготовка
1.2.3.	Видео изходи HD-SDI x2
1.2.4.	Изход за запис USB x1
1.2.5.	Интегриран светлинен сензор
1.3.	Управление на камерната глава:
1.3.1.	Минимум 3 бр. програмируеми бутони с възможност за избор от минимум 20 вида различни настройки
1.3.2.	Възможните различни видове настройки да включват като минимум: 1. Настройка на бял баланс 2. Вкл./изкл. на източника на студена светлина 3. Цифрово увеличение 4. Вкл./изкл. на запис на филм 5. Настройка на осветеността

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Настройка на неограничен брой потребителски профила на работа. Всеки потребителски профил има възможност за задаване на 6 бр. различни предварителни настройки на камерния юнит	Каталог 1, стр.16-4, 16-7
Вградено потребителско управление, достъпно на сензорния екран	Брошура 1, стр.2
Размер на сензорния екран 7"	Каталог 1, стр.16-7
Картина Full HD, без up scaling, 4K подготовка	Брошура 1, стр.2
Видео изходи HD-SDI x2, CVBS; Y/C; rgb; DVI-D	Каталог 1, стр.16-6 и 16-7
Изход за запис USB x1	Каталог 1, стр.16-7
Интегриран светлинен сензор	Каталог 1, стр.16-7
3 бр. програмируеми бутони с възможност за избор от 24 вида различни настройки	Брошура 1, стр.2
1. Настройка на бял баланс 2. Вкл./изкл. на източника на студена светлина 3. Цифрово увеличение 4. Вкл./изкл. на запис на филм 5. Настройка на осветеността	Каталог 1, стр.16-4 Каталог 1, стр.16-4 Каталог 1, стр.16-4 Каталог 1, стр.16-4 Каталог 1, стр.16-4

1.4.	Технически параметри на камерната глава:	
1.4.1.	Брой чипове: 3 CCD	
1.4.2.	Технология на сканиране: прогресивно	
1.4.3.	Минимум оптичен HD zoom 15-35mm	
1.4.4.	Формат 16:9 или 16:10	
1.4.5.	Светлочувствителност минимум 1 lux	
1.4.6.	Дължина на кабела от 2.5 m до 4 m	
1.5.	Възможности за сервиз:	
1.5.1.	Диагностика и софтуерна надстройка по интернет	
2.	Източник на студена светлина:	1
2.1.	Управление на източника на студена светлина:	
2.1.1.	Чрез цветен сензорен екран	
2.1.2.	Възможност за настройка на светлината: ръчно / автоматично	
2.1.3.	Вградено потребителско упътване достъпно на сензорния екран	
2.2.	Технически параметри на източника на студена светлина:	
2.2.1.	Размер на сензорния екран минимум 6"	
2.2.2.	LED технология на излъчване на светлината	
2.2.3.	Живот на диодите минимум 40000 ч.	
2.2.4.	Цветна температура миним	

**ВЯРНОС
ОРИГИНАЛА**

Брой чипове: 3 CCD	Брошура 1, стр.2
Технология на сканиране: прогресивно	Брошура 1, стр.2
Оптичен HD zoom 15-35mm	Брошура 1, стр.2
Формат 16:9	Брошура 1, стр.2
Светлочувствителност минимум 1 lux	Брошура 1, стр.2
Дължина на кабела 3 m	Брошура 1, стр.2
Диагностика и софтуерна надстройка по интернет	Каталог стр.16-4
арт.номер 16-2029	
Чрез цветен сензорен екран	Брошура стр.3
Възможност за настройка на светлината: ръчно / автоматично	Каталог стр.16-9
Вградено потребителско упътване, достъпно на сензорния екран	Каталог стр.16-9
Размер на сензорния екран 7"	Брошура 1 стр.3
LED технология на излъчване на светлината	Брошура 1 стр.3
Живот на диодите 40 000 ч.	Брошура 1 стр.3
Цветна температура >6 500 K°	Брошура 1 стр.3

2.2.5.	Интегрирана система срещу заслепяване	
3.	Ендоскопски монитор:	1
3.1.	Размер на екрана минимум 26"	
3.2.	Резолюция 1920 x 1080	
3.3.	Входове съвместими с контролния юнит на камерата	
3.4.	Окачване тип VESA 100x100 mm	
4.	Артроскопска оптичка:	
4.1.	Ъгъл за зрение 30°	
4.2.	Дължина в диапазона 170-180 mm	
4.3.	Диаметър 4 mm	
5.	Светловоден кабел	1
	Шейвърна система (комплект), който се състои от:	1
6.	1. Конзола	1
	2. Автоклавируема дръжка	1
	3. Педал за управление	1
6.1.	Управление на конзолата шейвърната система чрез хардуерни бутони:	
6.1.1.	Увеличаване / намаляване на скоростта на въртене / осцилация	
6.1.2.	Посока на въртене или осцилация	
6.1.3.	Избор между Дръжка 1 и Дръжка 2	
6.1.4.	Дисплей за моменти показания	
6.1.5.	Технически параметри на конзолата:	

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Интегрирана система срещу заслепяване	срещу Брошура 1, стр.3
арт.номер Endo Vue 32	
Размер на екрана 32"	Брошура 2, стр.1
Резолюция 1920 x 1080	Брошура 2, стр.1
Входове съвместими с контролния юнит на камерата	Брошура 2, стр.1
Окачване тип VESA 100x100 mm	Брошура 2, стр.1
арт.номер 17-1755	
Ъгъл за зрение 30°	Каталог 2, стр.17-4
Дължина в диапазона 175 mm	Каталог 2, стр.17-4
Диаметър 4 mm	Каталог 2, стр.17-4
арт.номер 11-1152	Каталог 3, стр.11-6/7
арт.номер 16-2050	
Увеличаване / намаляване на скоростта на въртене / осцилация	Каталог 1, стр.16-36
Посока на въртене или осцилация	Каталог 1, стр.16-36
Избор между Дръжка 1 и Дръжка 2	Каталог 1, стр.16-36
Дисплей за моменти показания	Каталог 1, стр.16-36
Технически параметри на конзолата:	Каталог 1, стр.16-36

6.1.6.	Поддържане на скорост в диапазона 800-8000 г/м	
7.	Артроскопска помпа:	1
7.1.	Тип ролерна	
7.2.	Управление на артроскопската помпа чрез хардуерни бутони:	
7.2.1.	Вкл./изкл.	
7.2.2.	Старт / стоп	
7.2.3.	Настройка на налягане в диапазона 10-150 mm Hg	
7.2.4.	Настройка на дебит в диапазона 0-1.500ml/min	
7.2.5.	За хидростатична компенсация	
7.3.	Показания за оператора:	
7.3.1.	Моментно налягане	
7.3.2.	Зададено налягане	
7.3.3.	Зададен дебит	
8.	Артроскопски инструменти (комплект), който се състои от:	1
	1.Сонда менискус, 4 мм, градуирана	1
	2.Пънч, ляво извит, 3,4 мм	1
	3.Ножица, дясно извита, 3,4 мм	1
III.	ОБОРУДВАНЕ ЗА ВИДЕОАСИСТИРЪНА ЕНДОУРОЛОГИЯ	1
1.	Контролен юнит на камерата и камерна глава:	1

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ**

Поддържане на скорост в диапазона 800-8000 г/м	Каталог 1, стр.16-36
арт.номер 15-1720	
Вкл./изкл.	Каталог 1, стр.16-35
Старт / стоп	Каталог 1, стр.16-35
Настройка на налягане в диапазона 10-150 mm Hg	Каталог 1, стр.16-35
Настройка на дебит в диапазона 0-1.500ml/min	Каталог 1, стр.16-35
За хидростатична компенсация	Каталог 1, стр.16-35
Моментно налягане	Каталог 1, стр.16-35
Зададено налягане	Каталог 1, стр.16-35
Зададен дебит	Каталог 1, стр.16-35
арт.номер 17-1802-4	Каталог 2, стр.17-12
арт.номер 17-3022	Каталог 2, стр.17-22
арт.номер 17-3035	Каталог 2, стр.17-35
арт.номер 16-2017PAL	

1.1.	Управление на камерния юнит:	
1.1.1.	Чрез натискане или въртене на навигационен бутон	
1.1.2.	Режими на работа	
1.1.3.	Потребителски профили	
1.2.	Технически параметри на камерния юнит:	
1.2.1.	Размер на информационния екран минимум 2.5"	
1.2.2.	Картина SD, 500 линии	
1.2.3.	Видео изходи: RGB-S x1, S-Video x1	
1.3.	Управление на камерната глава:	
1.3.1.	Минимум 2 бр. програмируеми бутони Технически параметри на камерната глава	
1.3.2.	Брой чипове: 1 CCD	
1.3.3.	Размер на чипа ¼	
2.	Източник на студена светлина	1
2.1.	Управление на източника на студена светлина	
2.1.1.	Чрез натискане или въртене на навигационен бутон	
2.2.	Технически параметри на източника на студена светлина:	
2.2.1.	Размер на информационния екран минимум 2.5"	
2.2.2.	LED технология на излъчване на светлината	
2.2.3.	Живот на диодите минимум 40000 ч.	
2.2.4.	Цвета температура минимум 6000 К°	

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Чрез натискане или въртене на навигационен бутон	Каталог стр.16-14
Режими на работа	Каталог стр.16-14
Потребителски профили	Каталог стр.16-14
Размер на информационния екран OLED 2.7"	Каталог стр.16-14
Картина SD, 500 линии	Каталог стр.16-14
Видео изходи: RGB-S x1, S-Video x1	Каталог стр.16-14
2 бр. програмируеми бутони Технически параметри на камерната глава	Каталог стр.16-14
Брой чипове: 1 CCD	Каталог стр.16-14
Размер на чипа ¼	Каталог стр.16-14
арт.номер 16-2028	
Чрез натискане или въртене на навигационен бутон	Каталог стр.16-20
Размер на информационния екран минимум 2.5"	Каталог стр.16-20
LED технология на излъчване на светлината	Каталог стр.16-20
Живот на диодите минимум 40000 ч.	Каталог стр.16-20
Цвета температура минимум 6000 К°	Каталог стр.16-20

2.2.5.	Автоматична защита срещу прегряване		Автоматична защита срещу прегряване	Каталог 1, стр.16-20
2.2.6.	Разпознаване на светловодния кабел		Разпознаване на светловодния кабел	Каталог 1, стр.16-20
3.	Ендоскопски монитор:	1	арт.номер Endo View 21	
3.1.	Размер на екрана минимум 19"		Размер на екрана 21"	Брошура 2, стр.2
3.2.	Резолуция 1920 x 1080		Резолуция 1920 x 1080	Брошура 2, стр.2
3.3.	Входове съвместими с контролния юнит на камерата		Входове съвместими с контролния юнит на камерата	Брошура 2, стр.2
3.4.	Окачване тип VESA 100x100 mm		Окачване тип VESA 100x100 mm	Брошура 2, стр.2
4.	Светловоден кабел	1	арт.номер 11-1152	Каталог 3, стр.11-6/7

Компонентите по т. I., т. II. и т. III следва да са произведени от един и същи производител, да са съвместими по между си, както и взаимозаменяеми.

дата: 06.01.2020

Име:
Подпис и печат

Красимир Кожухаров

ВЯРНО С
ИМНАЛА

"МБАЛ-ХАСКОВО" АД

Наименование на участника:	„Глобъл Мед“ ЕООД
Седалище и адрес на управление по регистрация:	Гр.София, ул.Ами Буе №18
ЕИК:	202798531
Точен адрес за кореспонденция:	Гр.София, ул.Ами Буе №18
Телефонен номер:	02 423 23 37
Факс номер:	02 423 23 37
Лице за контакти:	Красимир Кожухаров
e-mail:	k.kozhuharov@globalmed.bg

до „МБАЛ - Хасково“ АД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕза участие в открита процедура
за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:**„Доставка на оборудване за нуждите на операционен блок на
„МБАЛ - Хасково“ АД“**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при посочените в обявлението и документацията за участие условия, със следното **ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:**

МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ, ВКЛЮЧВАЩО:	ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС:	ЦЕНА В ЛЕВА С ДДС:
<ul style="list-style-type: none"> ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ; ОБОРУДВАНЕ ЗА АРТРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ; ОБОРУДВАНЕ ЗА ВИДЕОАСИСТИРАНА ЕНДОУРОЛОГИЯ. 	<p>259 800.00</p> <p>/двеста петдесет и девет хиляди и осемстотин лева/</p>	<p>311 760.00</p> <p>/триста и единадесет хиляди седемстотин и шейсет лева/</p>

Забележка: така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

Дата	03/01/2020
Име и фамилия	Красимир Кожухаров
Подпис на лицето (и печат)

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**